



Odpowiedź na pytanie, które wpłynęło w dniu 25.03.2025 r.

Nazwa zamówienia: Zakup odczynników chemicznych i materiałów eksploatacyjnych na potrzeby realizacji projektów

Nr zamówienia: ABM/09/25/ZF

Dotyczy pakietu I poz. 4

Pytanie:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na specyfikację jak dla
Corning® 75cm² U-Shaped Canted Neck Not Treated Cell Culture Flask with Vent Cap;
Product Number 431464U
Qty./Pk 5 / Pk
Qty./Cs 100 / Cs
Brand Corning®
Flask Shape U-shape
Neck Style Canted
Surface Treatment Not Treated
Graduations Yes
Cap Style Vented
Cap Diameter 28 mm
Cap Material High density polyethylene
Cap Color Orange
Recommended Medium Volume 15 - 22.5 mL
Sterile Yes
Graduation Range 20 - 200 mL

Odpowiedź:

Zamawiający zaakceptuje powyższą specyfikację.